ESPECIFICACIONES

DEXTROSOL NATURAL

Prueba de tolerancia a la glucosa (75 g/250 ml)

Catálogo: 5375

Uso recomendado: Producto para prueba de tolerancia a la glucosa en el laboratorio de análisis clínicos.

Pruebas organolépticas:

Aspecto: Líquido incoloro

Olor: Ligeramente dulce

Sabor: Característico a glucosa “Dulce”

Componentes:	Dextrosa anhidra, ácido cítrico, agua destilada, conservador y estabilizador.
Pruebas fisicoquímicas:	
pH de la solución:	Ácido
Concentración de dextrosa:	30 ± 1 %
Absorbancia a 430 nm:	0.34 – 0.52
Nota:	La concentración de la dextrosa correspondería en Brix (°Bx) a 25.9 – 27.5. Concentración de la dextrosa por cada 250 ml de solución = 75g
Temperatura de almacenaje recomendada:	2 – 30 °C
Almacenamiento:	Consérvese en su envase original y cerrado herméticamente, no se exponga a temperaturas extremas, la manipulación directa puede contaminarla.

Bibliografía: AOAC 17 Edición, Dr. William Horwitz, Cap. Sugars and sugar products. NOM-015-SSA2-2020. Prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus. NMX-F-454-1983 Índice de refracción - Contenido de sólidos - Método de prueba.

Clave: RCC-cd-01-02
Verificado por: AGB

Revisado y aprobado por: María Guadalupe Michel Esparza
Responsable Sanitario / Gerente de Control de Calidad

Fecha de Revisión: 18-11-2020
Versión: 2

Planta Zapopan, Tel. 33 3853 1722 / 33 3853 2563 (con 6 líneas) Ventas CD.de México, Tel. 55 5208 0026 (con 6 líneas)

LABOR WASSER DE MEXICO S.A. DE C.V.

LABOR WASSER DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Telefonos: 55 7575 1661 / 55 7575 1662
55 7160 2454 / 55 7158 7031
ventas@laborwasserdemexico.com
www.laborwasserdemexico.com
Laureles #62, Jardines de Atizapan,
Atizapan de Zaragoza, Edo. Mex., C.P. 52978