FICHA TECNICA | BURKLE

# Colector de liquido con accionamiento por pulgar

Numero de catalogo: **5326-0002**

## Descripcion del producto

Muestreador manual de acero inoxidable para liquidos de baja a moderada viscosidad. La valvula se abre con el pulgar para descargar la muestra. Su diseno facilita el manejo con una sola mano e incorpora una tolva de descarga para llenar botellas de muestras de manera controlada.

## Especificaciones tecnicas

| Caracteristica | Especificacion |
|---|---|
| Fabricante | Burkle GmbH |
| Numero de catalogo | 5326-0002 |
| Material | Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L) |
| Capacidad de muestra | 100 ml |
| Profundidad maxima de inmersion | 450 mm |
| Longitud total | 540 mm |
| Diametro exterior | 32 mm |
| Altura del recipiente de recogida | 177 mm |
| Longitud del mango | 195 mm |
| Tipo de muestra | Liquidos fluidos y ligeramente viscosos |
| Unidad de embalaje | 1 pieza |

# Colector de liquido con accionamiento por pulgar

**Burkle | Catalogo 5326-0002**

## Caracteristicas funcionales

El mecanismo de descarga mediante valvula accionada con el pulgar permite vaciar la muestra de forma controlada. La tolva de descarga ayuda a dirigir el liquido hacia la botella de recoleccion.

## Aplicaciones

Toma de muestras puntuales de liquidos fluidos y ligeramente viscosos en tareas de inspeccion, laboratorio y control de calidad.

## Procedimiento general de muestreo

**1.** Comprobar que el muestreador se encuentre limpio y que los materiales sean compatibles con la muestra.

**2.** Introducir el recipiente de recogida en el liquido hasta la profundidad requerida, sin superar los 450 mm.

**3.** Retirar el muestreador y posicionar la salida sobre una botella de muestras adecuada.

**4.** Accionar la valvula con el pulgar para descargar el contenido de forma controlada.

**5.** Limpiar el equipo siguiendo el procedimiento aplicable al producto muestreado.

## Notas de uso y seguridad

Verificar previamente la compatibilidad quimica del acero inoxidable AISI 316L con la sustancia a muestrear. Usar equipo de proteccion personal apropiado y aplicar los procedimientos internos de muestreo. El producto no se describe como esteril en la informacion consultada.

## Fuente del fabricante

Burkle GmbH - Ficha de producto, referencia 5326-0002.
https://www.buerkle.de/es/colector-de-liquido-perforacion-para-el-pulgar_p5326-0002