



Mercuric Nitrate Digital Titrator Cartridge, 0.2256 N

de producto:

1439301

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



Solución de valoración preparada para el análisis de Cloruro (método de nitrato mercúrico)

Para la determinación de Cloruro mediante la valoración de Digital Titrator con nitrato mercúrico, utilizando el indicador de difenilcarbazona. Método Hach 8206. Dígitos = mg/l Cl⁻ en una muestra de 100 ml. 40-100 tests aproximadamente

Resultados precisos siempre que los necesite.

Digital Titrator methods use a high-precision dispensation device and cartridges of concentrated titrant to allow analyses in the lab, the plant or the field.

Rápido y flexible

Interchangeable cartridges allow you to change titrants in seconds. No cleaning or rinsing burets.

Versátil

More than 50 parameter/range combinations are available

Económico

Concentrated titrants allow 40-100 typical titrations per cartridge.

Especificaciones

Método:	Nitrato mercúrico
Número de tests:	40 - 100
Número del método:	8206
Parámetro:	Cloruro
Plataforma:	Valorador Digital
Rango de medición:	10 - 160 mg/L Cl ⁻
Valorante:	0,2256 N Hg(NO ₃) ₂