



Cartucho de valorador digital, óxido de fenilarsina (PAO), 0,00451 N

de producto: 2259901
COP Precio: Contáctenos
Disponible

Para la determinación de cloro mediante valorador digital. 0,00451 N PAO. 1 dígito = 1 µg/L Cl₂ en una muestra de 200 mL. Dígitos x 0,00000564 = meq.

Resultados precisos siempre que los necesite.

Los métodos de valoradores digitales usan un dispositivo de dispensación de alta precisión y cartuchos de reactivo titrante concentrado para realizar análisis en el laboratorio, la planta o sobre el terreno.

Rápido y flexible

Los cartuchos intercambiables le permiten cambiar los reactivos titrantes en segundos. Sin necesidad de limpiar o aclarar buretas.

Versátil

Hay disponibles más de 50 combinaciones de parámetros y rangos

Económico

Los reactivos titrantes concentrados permiten aprox. 40 - 100 valoraciones por cartucho.

Especificaciones

Método: Valoración amperométrica
Plataforma: Valorador Digital