



Set de reactivos para la determinación de oxígeno disuelto, valorador digital, 300 mL

Ref. producto: 2272200
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



Para la determinación de oxígeno disuelto con valorador digital mediante el método de modificación de azida Winkler. Método Hach 8215. Intervalo: 1 - 10 mg/L El set incluye: Sobres de reactivo en polvo para la determinación de álcali-yoduro-azida, sobres de reactivo en polvo para la determinación de sulfato manganoso, cartucho de tiosulfato de sodio para valorador digital (0,200 N), solución indicadora de almidón y sobres de reactivo en polvo para la determinación de ácido sulfámico para aproximadamente 50 tests.

Resultados precisos siempre que los necesite.

Los métodos de valoradores digitales usan un dispositivo de dispensación de alta precisión y cartuchos de reactivo titrante concentrado para realizar análisis en el laboratorio, la planta o sobre el terreno.

Rápido y flexible

Los cartuchos intercambiables le permiten cambiar los reactivos titrantes en segundos. Sin necesidad de limpiar o aclarar buretas.

Versátil

Hay disponibles más de 50 combinaciones de parámetros y rangos

Económico

Los reactivos titrantes concentrados permiten 40 - 100 valoraciones típicas por cartucho.

Especificaciones

Método:	Winkler
Número de tests:	50
Número del método:	8215
Plataforma:	Valorador Digital
Rango de medición:	1 - 10 mg/L O ₂