



Cartucho de valorador digital de solución estándar, 0,0282 N

Ref. producto: 2333301
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Para la determinación de cloruro mediante la valoración amperométrica digital.

Especificaciones

Método:	Amperométrico, negro
Número del método:	10025
Parámetro:	Cloro total
Plataforma:	Valorador Digital
Rango de medición:	6 µg/L - 1000 Cl ₂
Valorante:	0,028 N, yodo