

Test Cromatos

Descripción	
Número de catálogo	110012
Replaces	10012-1
Descripción	Chromate Test
Visión de conjunto	La prueba de cromado puede utilizarse para controlar el desecho de agua descargada de galvanoplastia y plantas de encurtido, en cemento y para la determinación rápida y segura de las sales de cromo (VI).
Información del producto	
Código HS	3822 00 00
Quality Level	MQ100
Información de seguridad según el GHS	
Pictogramas de peligro	
Consejos de precaución	P280: Llevar guantes/ prendas/ gafas/ máscara de protección. P301 + P330 + P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P308 + P310: EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

Información de seguridad según el GHS**Palabra de
señalización**

Peligro

**Clase de
almacenamiento**

8B Materiales corrosivos peligrosos, no combustibles

Información de seguridad**Símbolos de
riesgo y
peligrosidad**

Corrosive

Información de almacenamiento y transporte**Almacenamiento**

Almacenar entre +15°C y +25°C.

Información de transporte**Declaración (vía
férrea y carretera)
ADR, RID**

UN 3316 Chemie-Testsatz, 9, II

**Declaración
(transporte aéreo)
IATA-DGR**

UN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II

**Declaración
(transporte
marítimo) Código
IMDG**

UN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II