

CERTIFICACIÓN NIST

Myron L[®] Company ofrece certificados que indican la conformidad del producto con los requisitos relevantes en las normas y reglamentos establecidos por el **Instituto Nacional de Estándares y Tecnología**, una agencia no reguladora dentro de la Administración de Tecnología del Departamento de Comercio de los EE. UU.

Todas las soluciones de conductividad y pH utilizadas en la calibración de fábrica son trazables por NIST.

Certificación escrita de calibración NIST de fábrica de instrumentos y / o trazabilidad NIST de conductividad y soluciones de pH disponibles *.

Nota: los datos de prueba no están incluidos

** Si se solicita después de que se haya enviado el instrumento / solución, se debe proporcionar el número de serie / lote y la fecha de vencimiento al realizar el pedido.*



CERTIFICADOS TRAZABLES A NIST

MC	Certificado de mano
MCATF	Certificado de mano después del hecho
CAROLINA DEL SUR	Certificado de solución
SCATF	Certificado de solución después del hecho
CC	Certificado de monitor / controlador de conductividad (sin sensor)
CCS	Certificado de monitor / controlador de conductividad (con sensor)
CCATF	Certificado de monitor / controlador de conductividad después del hecho (sin sensor)
RC	Certificado de monitor / controlador de resistividad (sin sensor)
RCATF	Certificado de monitor / controlador de resistividad después del hecho (sin sensor)
CSC	Certificado sustituto de celda

CSCA	Certificado sustituto de celda después del hecho
PHC	Certificado de monitor / controlador de pH (sin sensor)
PHCS	Certificado de monitor / controlador de pH (con sensor)
PHCATF	Certificado de monitor / controlador de pH después del hecho (sin sensor)
jefe	Certificado de monitor / controlador ORP (sin sensor)
OCATF	Certificado de monitor / controlador ORP después del hecho (sin sensor)

