

Sonda de pH / ORP de repuesto Myron L RPR para ULTRÁMETRO



El sensor de pH / ORP de repuesto, reemplazable por el usuario, presenta una unión líquida única / porosa.

modelo: RPR

Nota: El sensor de pH / ORP en el Ultrameter Myron L debe mantenerse con una solución de almacenamiento de electrodos siempre que esté almacenado o no se use. Una solución de almacenamiento de electrodos mantendrá su sonda hidratada y protegerá el electrolito incrustado dentro de la sonda. Si la sonda se deshidrata, lo más probable es que falle y debe ser reemplazada por la sonda de reemplazo RPR.

